

AAB-100 Approbation CE la plus récente prothèse auditive numérique programmable

Sepcifications:

OSPL 134 ± 5 dB SPL

FOG (entrée 50dB) Max 5dB SPL

Distorsion harmonique 500Hz $\leq 8\%$

800 Hz $\leq 3\%$

1600Hz & Lt; 5%

Plage de fréquences 250Hz-3800Hz

Bruit d'entrée équivalent ≤ 30 dB SPL