

Piscina Terme Acqua PH & CL2 cloro Meter

Questo strumento può testare PH dell'acqua e CL2
Misura intervallo per Cloro Livello: da 1,2 a 1.7ppm
Misura intervallo per PH Livello: da 7.2 a 7.8ppm

Info Imballaggio

Dimensioni: 180x110x30 (mm)

Peso netto: 220g

Confezione: 50pcs/carton

Annunci

Per prolungare la vita del vostro Pool Checker PC-101 e di garantire risultati accurati, assicurarsi di:
Mantenere l'interruttore in posizione OFF (tutta la strada verso la "PH") quando non in uso.
Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce del sole.
NON immergere la sonda in qualsiasi liquido diverso piscina o acqua termale.
Controllare la batteria di routine per freschezza unità si richiede "AA" batterie alcaline da 1,5 volt.
Piscina Terme Acqua PH Meter & CL2 cloro Meter

COLORI TARATURA - REGOLAZIONE PUNTO

Prima di utilizzare il vostro elettro-tester (ET) per la prima volta, è necessario regolare (calibrare) ET per abbinare la vostra piscina o acqua termale con la seguente sequenza:

1. Test vostra piscina o acqua termale utilizzando un kit liquido di prova convenzionali
2. Record il livello di lettura di cloro in quanto sarà necessario (esempio: 1.5ppm)
- È necessario 3. No aggiustamento per il pH

TROVARE IL VOSTRO PUNTO DI REGOLAZIONE ET

1. Insert una batteria AA da 1,5 volt nel vano all'interno della maniglia (lato positivo verso l'alto).
 2. Tenere l'ET in una mano e la sonda nell'altra.
 3. Insert le sonde di metallo puliti in acqua fino alla banda nera.
 4. Stir l'acqua leggermente con la sonda.
 5. with la sonda ancora in acqua, girare la ruota sulla faccia del tester fino a verso "CL" la partita. Lentamente girare la ruota posteriore destra finché l'ago non corrisponde al livello di cloro registrato con il tester convenzione liquido (Esempio 1.5)
 6. Remove sonde dall'acqua senza toccare il volante. Indicatore si sposta completamente a destra e fermarsi su una lettera compresa tra A ed E. Questa lettera è il vostro punto di regolazione.
- Piscina Terme Acqua PH Meter & CL2 cloro Meter

PROVE DI CLORO LIVELLO

Livello di cloro consigliato per piscine e spa è da 1,2 a 1.7ppm

A. Position l'ago al "punto di regolazione"

B. Holding l'ET in una mano e le sonde nell'altro, inserire le sonde in acqua fino alla banda nera. Attendere che l'ago riposa per una migliore lettura del cloro.

C. Leave le sonde in acqua e procedere con le istruzioni per i test pH.

PROVA pH LIVELLO:

Livello di pH Consigliato per piscine e spa è 7,2-7,8

A. Mediante le sonde ancora in acqua, girare la ruota fino a "pH" finché scatta (batteria deve off per la

lettura pH)

B.Wait fino a quando l'ago si basa sulla lettura Ph.

Sonde C.Gently secco e inserire nel supporto sul lato della ET per la conservazione.