RHB-32S di vendita caldi Rifrattometro tenuto in mano portatile

Caratteristiche:

Questo tipo di rifrattometro è tipico di controllare i Sciroppi concentrati (in particolare le originali succhi di frutta) e utilizzato prevalentemente nella lavorazione Beverage. È stato progettato per il miglioramento del 0-32% Brix. Può anche essere utilizzato per controllare i liquidi legati zucchero (succhi di frutta, bevande soft, vino, miele), aiutare i monitor per controllare la concentrazione di zucchero in alimenti e bevande. ATC significa "compensazione automatica della temperatura".

sepcifications:

Campo scala: 0-140 ° Oe
0-27 KMW (Babo)
0 -32% Brix (SACCH.)
scala minima: 1 ° Oe
0.2KMW
0,2% Brix
Precisione: ± 1 ° Oe
± 0.2KMW
± 0,2% Brix
SIZE: Ø24.5X170mm,
Peso: 0.13KG