Termômetro infravermelho médico JXB-178

Sepcificações:

- 1. Escala de medição: Corpo humano / testa: 32.0 ° C ~ 42.9 C (90 ° F ~ 109 F)
- 2. Precisão: ± 0,3 C (0,54 F)
- 3. Distância de medição: 5 ~ 8cm (2 ~ 5.9in)
- 4. Parada automática: 5sec.
- 5. Resolução: 0.1 C (0.1 F)
- 6. Tempo de resposta: 0.5sec
- 7. Temperatura de operação: 10 C ~ 40 C (50 F ~ 140 F)
- 8. Taxa de umidade relativa: menor ou igual a 85%