

## Medizinische Infrarot-Thermometer JXB-178

### Specifications:

- 1. Messbereich: Menschlicher Körper / Stirn: 32.0 ° C ~ 42.9 C (90 ° F ~ 109 F)
- 2. Genauigkeit:  $\pm 0,3$  C (0,54 F)
- 3. Messender Abstand: 5 ~ 8cm (2 ~ 5.9in)
- 4. Automatischer Stopp: 5sec.
- 5. Auflösung: 0,1 C (0,1 F)
- 6. Ansprechzeit: 0.5sec
- 7. Betriebstemperatur: 10 C ~ 40 C (50 F ~ 140 F)
- 8. Relative Feuchtigkeitsrate: kleiner oder gleich 85%