

Piscina Spa Agua PH y Cloro CL2 Meter

Este medidor puede probar PH del agua y CL2

Mida gama de nivel de cloro: 1.2 a 1.7ppm

Mida gama Nivel PH: 7.2 a 7.8ppm

Información del embalaje

Dimensiones: 180x110x30 (mm)

Peso neto: 220g

Embalaje: 50pcs/carton

Avisos

Para prolongar la vida de su piscina Checker PC-101 y asegurar resultados exactos, asegúrese de: Mantenga el interruptor en la posición OFF (todo el camino hacia el "PH") cuando no esté en uso.

Almacene en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

NO sumerja la sonda en cualquier líquido que no sea agua de la piscina o spa.

Revise la batería de forma rutinaria para la frescura unidad requiere una batería "AA" alcalinas de 1,5 voltios.

Piscina Spa Agua PH Meter y CL2 Chlorine Meter

CALIBRACIÓN DE CLORO - PUNTO DE AJUSTE

Antes de utilizar el electro-tester (ET), por primera vez, debe ajustar (calibrar) ET para que coincida con su piscina o el agua de spa con la siguiente secuencia:

1.Test su piscina o el agua del spa utilizando un kit de prueba de líquido convencional

2.Record el nivel de lectura de cloro, ya que necesitarás (ejemplo: 1,5 ppm)

Se requiere 3.No ajuste para pH

ENCONTRAR SU PUNTO DE AJUSTE ET

1.Inserte una pila AA de 1,5 voltios en el compartimiento interior del mango (lado positivo hacia arriba).

2.Mantenga la ET en una mano y la sonda en el otro.

3.Inserte las sondas metálicas limpiadas en el agua hasta la banda de color negro.

4.Stir el agua ligeramente con la sonda.

5.En la sonda aún en el agua, gire la rueda en la cara del medidor hasta el final a la izquierda en dirección a "CL". Gire lentamente la rueda hacia la derecha hasta que la aguja coincida con el nivel de cloro que ha grabado con el probador de líquido de convenciones (Ejemplo 1.5)

6.Remove sondas desde el agua sin tocar el volante. Indicador se mueve todo el camino a la derecha y detenerse en una letra entre A y E. Esta carta es su punto de ajuste.

Piscina Spa Agua PH Meter y CL2 Chlorine Meter

NIVEL DE CLORO DE PRUEBA

Nivel de cloro recomendado para piscinas y spas es 1.2 a 1.7ppm

A.Position la aguja a su "punto de ajuste"

B.Holding la ET en una mano y las sondas en el otro, insertar las sondas en el agua hasta la banda de negro. Espere hasta que la aguja se apoya para una mejor lectura de cloro.

C.Leave las sondas en el agua y proceder con las instrucciones para medir el pH.

NIVEL pH PRUEBA:

Nivel de pH Recomendado para piscinas y spas es 7,2 a 7,8

A. Con las sondas fijas en el agua, gire la rueda hasta el final a "pH" hasta que haga clic (batería debe off para la lectura de pH)

B. Wait hasta que la aguja se basa en la lectura de pH.

Sondas C. Gently secos e insertar en el soporte en el lado del ET para el almacenamiento.