Spécifications :

1. gammes de mesure :0,0-14.0pH
2. précision: ± 0.01 PH
3. résolution: 0.01PH
4. Température de fonctionnement: 0 ~80° C
5. Étalonnage : deux points d'étalonnage automatique
6. puissance d'alimentation: 2 * 1.5V (Gardez à l'aide de plus de 500 heures)
7. dimension : 153 * 29 * 16 mm
8. poids : 52g

Opération :

1. Retirez le capuchon de protection.
2. tout d'abord, rincez l'électrode à l'eau distillée, et sec C'est avec pater de filtre.
3. Allumez l'appareil en appuyant sur le/ MARCHE ARRÊT clé.
4. plonger l'electride de compteur ph dans la solution à tester.
5. agiter doucement et attendre que la lecture se stabiliser.
6. une fois terminé, désactivez l'électrode avec eau distillée tourner l'appareil hors tension en appuyant sur la touche « ON/OFF ».
7. toujours remplacer le capuchon après utilisation.