

## **Προδιαγραφές**

1. Εύρος μέτρησης: -18 - 1.350 °C (0 ~ 2462 °F)?
2. D: S = 50:1? Εκπομπής: 0,1 - 1,00 ρυθμιζόμενο?
3. Ακρίβεια:  $\pm 1,5\%$  ή  $\pm 1.5$  °C?
4. Μέγιστη / Ελάχιστη Θερμοκρασία ανάγνωσης / Εντοπίσθη / Μέση?
5. Hi-Low εγκατάσταση συναγερμού θερμοκρασίας?
6. 12 αποθηκεύει τα δεδομένα λειτουργίας / ανάκληση