

Εύρος μέτρησης: -50 έως 900°C?

D: S = 12: 1? Ικανότητα ακτινοβολίας: 0,1 - 1,00 ρυθμιζόμενο?

Ακρίβεια: $\pm 1,5\%$ ή $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$?

Max / Min / Dif / Μέση ένδειξη της θερμοκρασίας?

Hi-Low εγκατάσταση συναγερμού θερμοκρασίας?

Κατάστημα 12 στοιχεία λειτουργίας / ανάκληση