Αδιάβροχο στυλό τύπου pH μετρητή KL-03 (II) A, εργαστηριακά όργανα

Προδιαγραφές

Τσέπης και φτερό βάρους για φορητή χρήση σε ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών. Είναι χρησιμοποιούν ηλεκτρόδια αντικαθίστανται από το χρήστη

Εύρος μέτρησης: 0.00-14.00pH
Ακρίβεια: ± 0.1PH
Ψήφισμα: 0.01pH
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ° C-50C
Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας: 0C-50C
Plug: BNC +1 m καλώδιο
Διαστάσεις: 120mm x 26 χιλιοστά x 26 χιλιοστά
Βάρος: 70g

Λειτουργία

1.Remove το προστατευτικό κάλυμμα του ηλεκτροδίου.

2.First ξεβγάλετε το ηλεκτρόδιο με αποσταγμένο νερό, και πιπιλίζουν με διηθητικό χαρτί.

3.Turn το μετρητή πατώντας το πλήκτρο ON.

4.Immerse το ηλεκτρόδιο μετρητή του pH στο διάλυμα που πρόκειται να ελεγχθεί.

5.Stir απαλά και περιμένετε για την ανάγνωση για να σταθεροποιηθεί.

6.After χρήση, ξεπλύνετε το ηλεκτρόδιο με νερό για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης. Στροφή

ο μετρητής πατώντας το πλήκτρο OFF.

7.Always επανατοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι μετά τη χρήση.

εργαστηριακά όργανα

Διακρίβωση PH

1.Remove το προστατευτικό κάλυμμα του ηλεκτροδίου.

2.First ξεβγάλετε το ηλεκτρόδιο με αποσταγμένο νερό, και πιπιλίζουν με διηθητικό χαρτί.

3.Turn το μετρητή πατώντας το πλήκτρο ON.

4.Immerse το ηλεκτρόδιο μετρητή του pH στο διάλυμα που πρόκειται να ελεγχθεί.

5.Stir απαλά και περιμένετε για την ανάγνωση για να σταθεροποιηθεί.

6.After χρήση, ξεπλύνετε το ηλεκτρόδιο με νερό για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης. Στροφή

ο μετρητής πατώντας το πλήκτρο OFF.

7.Always επανατοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι μετά τη χρήση.

εργαστηριακά όργανα

Σημαντικό:

Εύρος pH του οργάνου πρέπει να βαθμονομηθεί εκ νέου κάθε φορά που:

Το ηλεκτρόδιο έχει χρησιμοποιηθεί (που) για μεγάλο χρονικό διάστημα από την τελευταία βαθμονόμηση.

Το ηλεκτρόδιο έχει χρησιμοποιηθεί σε ιδιαίτερα φορολόγηση συνθήκες.

Η μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια είναι απαραίτητη.

Αντικαταστήστε το νέο ηλεκτρόδιο.
εργαστηριακά όργανα