Πισίνα Spa Water PH & CL2 χλώριο μετρητή

Αυτό το μέτρο μπορεί να δοκιμάσει PH του νερού και CL2
Μετρήστε περιοχή για Χλώριο Επίπεδο: 1,2 έως 1.7ppm
Μετρήστε περιοχή για PH Επίπεδο: 7,2 έως 7.8ppm

Συσκευασία Πληροφορίες

Διαστάσεις: 180x110x30 (mm)

Καθαρό βάρος: 220g

Συσκευασία: 50pcs/carton

Πληροφορίες

Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της πισίνας σας Checker PC-101 και να εξασφαλίσει ακριβή αποτελέσματα, βεβαιωθείτε ότι:
Κρατήστε το διακόπτη στη θέση OFF (σε όλη τη διαδρομή προς το "PH"), όταν δεν είναι σε χρήση.
Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από το φως του ήλιου.
ΜΗ βυθίζετε τον καθετήρα σε οποιοδήποτε υγρό άλλο από νερό της πισίνας ή spa.
Ελέγξτε τη μπαταρία συνήθως για φρεσκάδα μονάδα απαιτεί ένα "AA" 1,5 volt αλκαλική μπαταρία.
Πισίνα Spa Water PH Μετρητής & CL2 χλώριο μετρητή

ΧΛΩΡΙΟ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ - ΡΥΘΜΙΣΗ POINT

Πριν χρησιμοποιήσετε το electro-tester (ET) για πρώτη φορά, θα πρέπει να ρυθμίσετε (βαθμονόμηση) ET για να ταιριάζει με την πισίνα σας ή ιαματικό νερό με την ακόλουθη σειρά:
1.Test πισίνα σας ή ιαματικό νερό χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό τεστ κιτ υγρού
2.Record το επίπεδο ανάγνωσης του χλωρίου καθώς θα χρειαστεί (π.χ.: 1,5 ppm)
3.No η προσαρμογή είναι απαραίτητη για το pH

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ET ΣΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗ POINT

1.Τοποθετήστε AA 1,5 volt μπαταρία στη θήκη στο εσωτερικό της λαβής (θετική πλευρά προς τα πάνω).
2.Κρατήστε το ET στο ένα χέρι και τον ανιχνευτή στο άλλο.
3.Insert τις καθαρισμένες μετάλλων ανιχνευτές μέσα στο νερό μέχρι μαύρης ζώνης.
4.Stir το νερό ελαφρώς με τον ανιχνευτή.
5.Με τον καθετήρα ακόμα στο νερό, γυρίστε τον τροχό στο πρόσωπο του δοκιμαστή σε όλη τη διαδρομή προς τα αριστερά στον "CL". Γυρίστε αργά τον τροχό πίσω προς τα δεξιά έως ότου η βελόνα ταιριάζει με το επίπεδο του χλωρίου που καταγράψατε με τη σύμβαση υγρό tester (Παράδειγμα 1.5)
6.Remove ανιχνευτές από το νερό χωρίς να αγγίξετε το τιμόνι. Δείκτης θα κινηθεί σε όλη τη διαδρομή προς τα δεξιά και να σταματήσει σε ένα γράμμα μεταξύ A και E. Η επιστολή αυτή είναι ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΕΙΟ σας.
Πισίνα Spa Water PH Μετρητής & CL2 χλώριο μετρητή

ΔΟΚΙΜΗ ΧΛΩΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Συνιστώμενο επίπεδο χλωρίου για πισίνες και spa είναι 1,2 έως 1.7ppm
A.Position τη βελόνα στο "σημείο ρύθμισης" σας
B.Holding της ET στο ένα χέρι και τους ανιχνευτές στο άλλο, εισάγετε τις ανιχνευτές μέσα στο νερό μέχρι τη μαύρη ζώνη. Περιμένετε έως ότου η βελόνα ξεκουράζεται για καλύτερη ανάγνωση χλωρίου.
C.Leave των ανιχνευτών στο νερό και να προχωρήσει με τις οδηγίες για τη δοκιμή του pH.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΟΚΙΜΗ pH:

Συνιστάται το επίπεδο του pH για πισίνες και spa είναι 7.2 έως 7.8
A.With τους ανιχνευτές ακόμα στο νερό, γυρίστε τον τροχό σε όλη τη διαδρομή για να "pH" μέχρι να ασφαλίσει (μπαταρία πρέπει off για την ανάγνωση του pH)
B.Wait έως ότου η βελόνα στηρίζεται στην ανάγνωση Ph.
C.Gently ξηρά ανιχνευτές και τοποθετήστε το στην υποδοχή στο πλάι της ET για αποθήκευση.