

L'ETB-0686 GLOSS METER è completo accordo con **stato standard GB9754-88, GB9966.5** e standard internazionale **ISO2813**, Tutti gli elementi della performance raggiungono lo stato **JJG696 2002** (Lens Luster Laurea strumento di misura regolamenti prova) le prime esigenze di lavoro di classe.

Angolo di Proiezione: 60 °

Applicazioni:

La misura lucentezza superficiale per inchiostri da stampa, pittura ad olio, lacca cuocere, cappotto, legno e altri.

La misura lustro di superficie per la decorazione di materiali di costruzione: Marmo; granito; lucidatura chimica mattone di vetro, ceramica e mattoni, ecc

La misura lucentezza superficiale per la plastica, lamiera e altri

La misura di lucentezza superficiale per altri materiali non metallici

Caratteristiche:

Campo di misura: 0 ~ 200Gu; $<\pm 0.4\text{Gu}/30\text{min}$

Errore Valore: $<\pm 1.2\text{Gu}$

Alimentazione: 1.5V * 2

Temperatura Ambiente: 0C ~ 40C

Umidità relativa: <85%