

## SM208 光强度计 校准证书

### 1. 概述:

光强度: 0.01 39990 cd/m<sup>2</sup>

电源: 1 节 × 9 v

光斑直径: 100 mm

精度: < 100

### Discription:

1. 校准日期: 2018年10月10日
2. 校准地点: 0.01 39990 cd/m<sup>2</sup> 校准实验室
3. 校准依据: JJG 100-2003;
4. 校准条件: 9 v 电源, 100 mm 光斑直径
5. 校准结果: 精度 < 10 %;
6. 校准有效期: 12个月