

## Medische infrarood-thermometer JXB-178

### Specifications:

- 1. Meetbereik: Human Body / voorhoofd: 32.0 ° C ~ 42,9 C (90 ° F ~ 109 F)
- 2. Nauwkeurigheid:  $\pm 0,3$  C (0,54 F)
- 3. Meten Afstand: 5 ~ 8 cm (2 ~ 5.9in)
- 4. Automatic Stop: 5sec.
- 5. Resolutie: 0,1 C (0,1 V)
- 6. Reactietijd: 0.5sec
- 7. Temperatuur: 10 C ~ 40 C (50 F ~ 140 F)
- 8. Relatieve vochtigheidsgraad: minder dan of gelijk aan 85%