

AAB-100 CE утверждение новейший программируемый цифровой слуховой аппарат работает

**Sepcifications:**

OSPL 134± 5dBSPL

БОГ (50дБ вход) Макс 5dBSPL

Нелинейные искажения 500Hz ≤8%

800Hz ≤3%

1600Hz & Л; 5%

Частотный диапазон 250Гц-3800Hz

Входной шум Эквивалент ≤30dBSPL