Технические условия

. 1 Диапазон измерения: -20 ~ 280 ℃. (-4 ~ 536 ℉)
. 2 Разрешение:.. 0 1 ° C / 0 1 ° F
3 Коэффициент излучения:. Зафиксировано 0,95
4 Расстояние фактор:. Расстояние до цели 6:1
. 5 Точность:. ± 1,5% ± 1,5 ℃
. 6 Время отклика: <1 секунды
7. Функция лазерной цель.
. 9 Электропитание: 2x1.5V батареи