KL-107 Самые дешевые PH-метр производитель, Digital Pen Тип PH метр

Спецификация:

Это быстрый и точный измеритель
Это pH-метр идеально подходит для аквариумов, Аквакультуры, Рыбок
ручка типа проводимости метр

KL-107 Самый дешевый производитель PH-метр, цифровой Ручка типа pH-метр, Это отличный инструмент для того, когда вам необходимо проверить ваш пруд или аквариум pH.
Это быстрый и точный измеритель. То, что вы сохраните в покупке тест-типа капля будет больше, чем заплатили за эту метр! И эти наборы обычно не очень точным. Вы никогда не будете иметь, чтобы догадаться, какой цвет значение pH полоски ближе всего к! Это быстрый и простой в использовании. Просто окуните его в пруду, аквариумных или бассейном и прочитать показания на цифровом дисплее в несколько секунд Это устройство поставляется в прочной прозрачной пластиковой случае с калибровочной отверткой и Руководство пользователя!
Это pH-метр идеально подходит для аквариумов, аквакультуры, рыбопитомников, пищевой промышленности, лаборатории, бумажной промышленности, бассейн, школа и усилителя; колледжи.

Спецификация:

Диапазон измерения: 0.0-14.0pH
Точность: ± 0.2PH, ± 0.1PH (20 ° C)
Разрешение: 0.1PH
Рабочая температура: 0-50 ° C
Температурная компенсация: 0-50 ° C
Вилка: неподвижный электрод
Питание: 3x1.5V (AG13)
Размеры: 150 мм x 29 мм x 15 мм
Вес: 51 г

PH Калибровка
1.Immerse электрод pH 6,86 (pH7.00) стандартный буферный раствор фосфата, и осторожно встряхните его.
2.Allow стабилизации показаний и с помощью небольшой отвертки поверните калибровочный триммер
пока на дисплее не появится "6,86" ("7,00"). Промойте электрод дистиллированной водой, и сосать его
с фильтром-бумаги.
3.Immerse электрод в pH4.01 или pH9.18 (pH10.0) стандартного буферного раствора буры.
4.После около одной минуты, пока на дисплее не появится "4,01" или "9.18" ("10,0").

Эксплуатация
1.Remove защитный колпачок.
2.First промойте электрод дистиллированной водой, и сосать его с фильтром-бумаги.
3.Turn на метр с помощью переключателя "ВКЛ-ВЫКЛ", расположенной в верхней части корпуса батареи.

4.Immerse электрод pH-метр в тестируемый раствор.
5.Stir мягко и ждать аппарата На дисплее tabilizes.
Использование 6.After, промойте электрод водой для минимизации загрязнения. Выключите прибор.

KL-107 Самые дешевые [PH-метр производитель](), Digital Pen Тип PH метр это ваши бест выбор.

pH