

## Медицинский инфракрасный термометр JXB-178

### Specifications:

- 1. Диапазон измерения: Тело человека / Лоб: 32.0 ° C ~ 42,9 C (90 ° F ~ 109 F)
- 2. Точность:  $\pm 0,3$  C (0,54 F)
- 3. измеряемое расстояние: 5 ~ 8 см (2 ~ 5.9in)
- 4. Автоматическая остановка: 5с.
- 5. Разрешение: 0,1 C (0,1 F)
- 6. Время отклика: 0.5sec
- 7. Рабочая температура: 10 C ~ 40 ° C (50 F ~ 140 F)
- 8. Относительная влажность Скорость: меньше или равно 85%