

Температура и влажность Data Logger HT-160

Сертификации ADN параметры

Измерение температуры Диапазон -40 °C -105 °C (-40 °F -221 °F)

Точность измерения температуры ± 1 °C (± 2 °F)

Индикация температуры с разрешением 0.1 °C (0.1 °F)

Диапазон измерения влажности 0% RH-100 % RH

Точность измерения влажности $\pm 3\%$ RH

Влажность Разрешение дисплея 0.1% RH

Использование температуры -40 °C -105 °C (-40 °F -221 °F)

Температура хранения -40 °C -125 °C (-40 °F -257 °F)